



Nr sprawy: ZP-PN/02/2020-P

Szczecin, dnia 10.04.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w dalszej części „ustawa”, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

„W związku z tym, że opis urządzenia jaki podaje Zamawiający jednoznacznie wskazuje na jednego wykonawcę, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z uwagi na zwiększenie konkurencyjności ofert urządzenie o następujących parametrach: zasilane elektrycznie do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Wyposażenie: butla z poliwęglanu o pojemności 1 l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, manometr, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. Specyfikacja techniczna: podciśnienie maksymalne: -80 kPa, przepływ maksymalny: 15 l/min. Waga urządzenia: 2 kg. Wymiary urządzenia: 22,3 x h 25,5 x 9,5 cm. Cykl pracy w systemie ciągłym. Poziom hałasu: do 60 dBA.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o ww. parametrach.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw części zamiennych do 30 dni?. Części sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie towaru) jest wydłużony i utrudniony.”

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu do 30 dni.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Części ulegające eksploatacji sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie) jest wydłużony i utrudniony.”

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania napraw do 30 dni.

Pytanie nr 4

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia podlegającego przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy?”



Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy urządzenia medycznego, które podlega rocznemu przeglądowi, w formie wysyłkowej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej”?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie z ofertą oświadczenia o grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Pytanie nr 6

„Poz. 1 Pionizator statyczny: Czy zamawiający dopuści pionizator statyczny dla osób o wzroście od 120-200 cm? Czy Zamawiający zrezygnuje z pasa biodrowego w oferowanym przez nas pionizatorze statycznym. Jego rolę pełni w urządzeniu drewniane siedzisko, które zabezpiecza użytkownika w okolicy kości krzyżowej, kiedy jest on pionizowany.”

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pionizatora statycznego o ww. parametrze.

Pytanie nr 7

„Poz. 4 Łóżko rehabilitacyjne. Czy zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o szerokości zewnętrznej 105 cm? Reszta parametrów wg SIWZ.”

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka rehabilitacyjnego o ww. szerokości.

Pytanie nr 8

„Poz. 22 Stolik przyłóżkowy. Czy Zamawiający dopuści stół przyłóżkowy o poniższych parametrach: Stół wykonany jest z elementów stalowych lakierowanych proszkowo oraz blatu drewnianego. Stół przyłóżkowy został zaprojektowany tak, aby umożliwić komfortowe czytanie lub jedzenie. Budowa w kształcie litery „L”, z podzieloną na dwie części podstawą daje możliwość łatwego wjechania zarówno pod łóżko rehabilitacyjne jak i pod wózek inwalidzki. Istnieje możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia blatu. Dodatkowo blat wyposażony jest w profile, które zapobiegają zsuwaniu się przedmiotów. Stół wykonany jest z łatwo-zmywalnych materiałów. Cechy: regulowana wysokość, laminat: jasny dąb, trzecia klasa ognioodporności, metalowa rama w kolorze Magnolia, cztery kółka. Dane techniczne: wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 60 x 45 x 100 cm; wymiary blatu (szer. x dł.): 60 x 40 cm; zakres regulacji wysokości: 66 - 100 cm, bezpieczne obciążenie robocze: 8 kg.

Lub też: Czy Zamawiający dopuści poniższy stół przyłóżkowy: Regulowany stół przyłóżkowy z dzielonym blatem. Błat główny z możliwością regulacji pochylenia dostosowany do potrzeb pacjenta. Podstawa jezdna wyposażona w kółka. Parametry techniczne: Waga: do 10 kg. Wysokość: 61-94 cm. Wymiary podstawy: 44x57 cm. Błat mały: 16x40. Błat nałóżkowy: 60 x 40 cm, Rolki: Ø 50 mm, 2 rolki stałe.”

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie dopuszcza stolików przyłóżkowych o ww. parametrach.



Pytanie nr 9

„Poz.5 Koncentratory tlenu. Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poniższej specyfikacji:
KONCENTRATOR TLENU Z CZUJNIKIEM STĘŻENIA I NEBULIZATOREM

Cechy urządzenia: wyświetlacz LCD, nebulizator, systemy alarmowe, sterowany pilotem, kompaktowe wymiary i niska waga, cicha praca. Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V, 50+/-1Hz
Pobór mocy	400VA
Strumień wyjściowy	0,5-5l/min
Ciśnienie wyjściowe	40-70kPa
Stężenie tlenu	93%±3%
Poziom hałasu	≤52dB
Wymiary	500×390×245 mm
Waga	15,5 kg

Lub też: Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poniższej specyfikacji:

prosty i wygodny sposób montowania nawilżacza, regulację przepływu tlenu za pomocą pokrętła, wbudowany wskaźnik poziomu stężenia tlenu, wizualne i dźwiękowe alarmy wskazujące niski poziom stężenia tlenu, brak zasilania, spadek ciśnienia i konieczność naprawy serwisowej, w opcji dostępny jest przepływomierz pediatryczny, łatwy podgląd godzin pracy koncentratora, nawilżacz, który można zdjąć lub założyć w zależności od potrzeb, możliwość współpracy z konsolą Smart Track. Wysokie stężenie tlenu (93% ± 3%). Możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie od 0,5 do 5 l/min. Nowy czarny kolor obudowy, 2 częściowa obudowa. Wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciwpożarowej. Monitorowanie poziomu stężenia tlenu. Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu. Możliwość łatwego przemieszczania. Bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania. Licznik godzin pracy urządzenia. Wnęka na nawilżacz. Prosta obsługa. Innowacyjny bezobsługowy zawór. Cicha praca. Niski pobór mocy. Mały ciężar.

Dane techniczne: Wymiary: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm. Ciężar: 16,3 kg. Przepływ tlenu: 0,5 - 5 l/min. Stężenie tlenu przy 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 %. Poziom głośności: 40 dB. Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz. Pobór mocy: 290 W przy przepływie tlenu 2 l/min / 312 W przy przepływie tlenu 5 l/min. Klasa ochronności: Klasa II, Typ B.”

Odpowiedź nr 9

Nie, Zamawiający nie dopuszcza koncentratorów tlenu o ww. parametrach.

Pytanie nr 10

„Poz. 14 Nadstawka toaletowa. Czy Zamawiający dopuści nadstawkę toaletową o poniższych parametrach: Wysoka nasadka sedesowa z klapą z bezpiecznym mocowaniem do toalety. Dodatkowo wyposażona w odchylane podłokietniki, ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstawanie z toalety. Zakres regulacji wysokości: 9/13/17 cm. Zakres regulacji wysokości: 9 / 13 / 17 cm. Szerokość: 40 cm. Głębokość: 49,5 cm. Głębokość z podłokietnikami: 62 cm. Szerokość między górną częścią podłokietników: 53 cm. Wysokość podłokietników od siedziska: 23 cm. Obciążenie do 120 kg.

Lub czy też Zamawiający dopuści nadstawkę toaletową o poniższych parametrach: Nasadka na toaletę z podłokietnikami. Nakładka na sedes została tak zaprojektowana aby ułatwić siadanie z pozycji pionowej. Łatwa w montażu. Specjalny kształt dla utrzymania higieny intymnej. Podłokietniki. Szerokość: 52 cm, głębokość: 43 cm, wysokość: 38 cm, szerokość siedziska: 45 cm, regulacja szer.: 0,5-9 cm, waga: 2,5 kg, obciążenie: 136 kg.”



Odpowiedź nr 10

Nie, Zamawiający nie dopuszcza nadstawek toaletowych o ww. parametrach.

Pytanie nr 11

„Poz. 23 Trójnóg. Czy Zamawiający dopuści Trójnóg o wadze: 0,64 kg? Reszta parametrów wg SIWZ.”

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuszcza trójnóg o ww. wadze.

Pytanie nr 12

„Poz. 25 Kula łokciowa z uchylną podpórką: Czy Zamawiający dopuści kulę łokciową z uchylną podpórką o doprecyzowanych poniższych parametrach: Waga: 0,53 kg. Odległość od podłoża do osi rękojeści: min 68 cm, max 94 cm. Odległość od podłoża do podpórki łokciowej: min. 91 cm – max. 117 cm. Odległość od osi rękojeści do podpórki łokciowej: 23 cm.”

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający nie dopuszcza kul łokciowych o ww. parametrach.

Pytanie nr 13

„Poz. 14 Nasadka. Czy Zamawiający dopuści nasadkę o poniższej specyfikacji: anatomiczne siedzisko zintegrowane z pokrywą, łatwa 3-stopniowa regulacja wysokości, podłokietniki ze stabilnego tworzywa odchylane i zdejmowalne, łatwa do czyszczenia, prosty montaż, pasuje do większości muszli toaletowych, kolor: biały. Szer./głęb./wys. (wraz z podłokietnikiem) (cm) 57/52/53. Podwyższenie (cm) 8/11/14. Wysokość podłokietnika (cm) 20. Wymiar otworu (cm) 21 x 26. Maksymalne obciążenie (kg) 130.”

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający nie dopuszcza nasadki (nadstawka toaletowa – poz. nr 14 w załączniku nr 5 do siwz) o ww. parametrach.